

N.º 124/CA

Data: 12-11-2004

Assunto: **Possível comercialização de unidades de perfusão e acessórios da Clinico GmbH não esterilizados**

Para: Instituições de Saúde, designadamente, serviços de aprovisionamento e potenciais utilizadores

Contacto no INFARMED: Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde

(Tel: 217987145; Fax: 217987155; e-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt))

---

Ex.mo(a) Senhor(a) Dr.(ª),


O Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde do INFARMED foi recentemente informado pela sua congénere Alemã (BfArM) que poderão estar a ser comercializadas **unidades de perfusão e acessórios não esterilizados** ([ver lista anexa](#)), com marcação CE0123 e fabricados pela empresa alemã Clinico GmbH, uma vez que os mesmos terão sido roubados durante o transporte para o local de esterilização.

O fabricante desconhece a localização actual destes produtos, sendo possível a sua venda em qualquer país do Espaço Económico Europeu.

Com vista à prevenção da ocorrência de eventuais incidentes, o INFARMED considera necessário alertar os profissionais de saúde e potenciais utilizadores para as seguintes recomendações:

- Caso identifique qualquer um destes dispositivos médicos listados, não os utilize e comunique esse facto, de imediato, ao INFARMED;
- Caso tenha conhecimento da venda em Portugal destes dispositivos médicos, o INFARMED deverá ser notificado no mais curto espaço de tempo, a fim de serem adoptadas as medidas adequadas.

**O Conselho de Administração**



(António Faria Vaz)