

N.º **127/CA**

Data: 25-11-2004

Assunto: **Possível comercialização de vários dispositivos médicos não esterilizados, fabricados por Tyco Healthcare**

Para: Instituições de Saúde, designadamente, serviços de aprovisionamento e potenciais utilizadores

Contacto no INFARMED: Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde

(Tel: 217987145; Fax: 217987155; e-mail: dvps@infarmed.pt)

Ex.mo(a) Senhor(a) Dr.(ª),


O Departamento de Vigilância de Produtos de Saúde do INFARMED foi informado pelo fabricante de dispositivos médicos, Tyco Healthcare, acerca do roubo de vários tipos de dispositivos médicos, entre os quais, **dispositivos médicos não esterilizados, mas rotulados como estéreis, como por exemplo, esponjas neurocirúrgicas ([ver lista anexa](#))**.

Estes produtos com marcação CE0123, foram roubados durante o transporte para o local de esterilização, desconhecendo-se actualmente a sua localização.

Com vista à prevenção da ocorrência de eventuais incidentes, o INFARMED considera necessário alertar os profissionais de saúde e potenciais utilizadores para as seguintes recomendações:

- Caso identifique qualquer um destes dispositivos médicos listados, não os utilize e comunique esse facto, de imediato, ao INFARMED;
- Caso tenha conhecimento da venda em Portugal destes dispositivos médicos, o INFARMED deverá ser notificado no mais curto espaço de tempo, a fim de serem adoptadas as medidas adequadas.

O Conselho de Administração



(António Faria Vaz)