

N.º 139/CD  
Data: 2010-08-27

Assunto: **Gruas de banho Appollo - modelos Elegance, Excalibur e Appollo – dos fabricantes Aquabeau e Airbath Appollo**

Para: Profissionais de Saúde, Hospitais, Clínicas e outras instituições de saúde

Contacto no INFARMED: Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde; Tel: 217987145; Fax: 217987367; E-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt)

No Reino Unido, ocorreram vários incidentes de deslizamento e consequente queda de utilizadores das **gruas de banho Appollo – modelos Elegance, Excalibur e Appollo**.

Dado o potencial risco de lesões graves para os utilizadores, após a ocorrência desses incidentes, o fabricante – Reva Industries Limited, do Reino Unido – implementou medidas correctivas de alteração do dispositivo, quer a nível de fabrico, quer a nível dos produtos já existentes no mercado. Estas alterações consistiram na modificação de design e aplicação de um cinto de segurança no assento.


A Reva Industries Limited tem vindo a levar a cabo as medidas correctivas nos dispositivos por ela fabricados. Contudo, antes de Abril de 2009, as **gruas de banho Appollo** eram produzidas pelas empresas **Aquabeau** e **Airbath Appollo**, que entretanto cessaram a sua actividade, pelo que estes dispositivos mais antigos não foram ainda corrigidos.

Esta informação foi comunicada ao Infarmed pela autoridade competente do Reino Unido no âmbito do sistema de cooperação entre autoridades competentes.

Apesar de não existir registo de comercialização destes dispositivos em Portugal, o Infarmed recomenda:

Caso seja detecta a existência das **gruas de banho Appollo – modelos Elegance, Excalibur e Appollo** este facto deverá ser comunicado à Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde, para estabelecimento dos contactos necessários à correcção destes dispositivos.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo

Qualquer situação grave e/ou inesperada relacionada com dispositivos médicos deve ser notificada ao Infarmed através dos seguintes contactos:

**Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde** / Direcção de Produtos de Saúde

Tel: +351 21 798 71 45; Fax: +351 21 798 7367; E-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt)