

## Circular Informativa

---

N.º 194/CD/8.1.7

Data: 28/08/2012

Assunto: **L- Gel Ultrasound Transmission Gel**

Para: Profissionais de Saúde

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444


---

Na sequência de análises laboratoriais efetuadas pela autoridade competente da Austrália, foi identificada a contaminação microbiana do dispositivo médico **L- Gel Ultrasound Transmission Gel – 5 ltr & 250 mls** do fabricante **Shanghai Shenfeng Medical & Health Articles Co Ltd** (China). Por essa razão, o produto está a ser recolhido do mercado naquele país.

Assim, e apesar de não haver registo da comercialização deste dispositivo médico no mercado nacional, o Infarmed recomenda que:

- Estes dispositivos médicos não sejam utilizados;
- Caso sejam encontrados os referidos dispositivos médicos no nosso mercado, as entidades informem a Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed. (tel: + 351 21 798 71 45 ou e-mail: [dvps@infarmed.pt](mailto:dvps@infarmed.pt)).

O Conselho Diretivo



Heider Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Diretivo



Ministério da Saúde