

Circular Informativa

N.º 259/CD/8.1.6

Data: 26/12/2012

Assunto: **Prismas de medição para tonómetros da Haag-Streit**


Para: Profissionais de saúde

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

O fabricante Haag-Streit está a divulgar um Aviso de Segurança alertando para a alteração do manual de instruções "Limpeza e desinfeção - prismas de medição para tonómetro, lentes de contacto e Desinset" e também para uma revisão da lista de desinfetantes adequados ([consultar anexo](#)).

Face ao exposto, dada a dificuldade de implementação desta ação corretiva em Portugal, o Infarmed recomenda aos utilizadores destes equipamentos oftalmológicos, que ainda não tenham recebido o aviso de segurança, que contactem o respetivo distribuidor.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo