

Circular Informativa

N.º 197/CD/8.1.7.

Data: 28/08/2012

Assunto: **Dispositivo para remoção de verrugas - Urgo Verrugas persistentes**

Para: Divulgação geral


Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

Vários lotes do dispositivo médico "Urgo Verrugas Persistentes" do fabricante Temmler Pharma GmbH & Co KG estão a ser recolhidos, como medida de precaução, em França e Espanha, após a ocorrência de incidentes, nomeadamente, inflamação e queimadura devidas à sua utilização indevida e utilização accidental por crianças.

Este dispositivo contém ácido monocloroacético sendo, por isso, uma solução cáustica. Na sequência dos incidentes ocorridos, foi ainda posta em causa a eficácia da tampa de segurança do frasco.

Apesar de não haver registo da comercialização deste dispositivo médico no mercado nacional, o Infarmed recomenda que, em caso de deteção deste dispositivo no mercado nacional, o mesmo não seja utilizado e seja contactada a Unidade de Vigilância de Produtos de Saúde do Infarmed. (tel: + 351 21 798 71 45 ou e-mail: dvps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo