

## Circular Informativa

N.º 196/CD/8.1.7.

Data: 02/08/2013

Assunto: **Tiras de medição da glicemia GlucoMen LX Sensor**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

Na sequência da possibilidade de obtenção de resultados de glicemia falsamente elevados, devido a um problema de fabrico, o fabricante **A. Menarini Diagnostics S.r.l.** está a proceder à recolha voluntária do mercado dos seguintes lotes e referências das tiras de medição da glicemia **GlucoMen LX Sensor**, 50 unidades, com o número de registo 6191585:


Referência	Lote	Validade
42581	3212219249	2014-08-31
42580	3212251249	2014-09-30

Estima-se que estes resultados falsamente elevados apenas ocorram em cerca de 0,4% medições.

Face ao exposto, o Infarmed recomenda o seguinte:

- As entidades que disponham de embalagens do dispositivo médico **GlucoMen LX Sensor** pertencentes a estes lotes não as devem vender ou utilizar;
- Os utentes que disponham de embalagens do dispositivo médico **GlucoMen LX Sensor** pertencentes a estes lotes também não as devem utilizar (o número de lote encontra-se impresso tanto na caixa, como no rótulo do tubo, junto ao símbolo LOT);
- Em caso de dúvida, contacte com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro, ou com a Linha de Apoio ao Utilizador da Menarini (n.º 800 200 468).

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filip  
Vice-Presidente do  
Conselho Diretivo