

## Circular Informativa

---

N.º 088/CD/8.1.7.

Data: 11/04/2014

Assunto: **Dispositivos médicos nos cuidados respiratórios domiciliários**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

O tratamento domiciliário das doenças respiratórias tem vindo a aumentar e são cada vez mais os doentes que têm de utilizar, verificar o funcionamento e manter os dispositivos médicos destinados aos cuidados respiratórios no domicílio.


Entre estes dispositivos médicos encontram-se os dispositivos para oxigenoterapia, os equipamentos de pressão positiva contínua e os ventiladores de assistência respiratória.

A informação relativa ao funcionamento destes dispositivos médicos e à sua manutenção (natureza da manutenção e respetiva frequência) consta no manual de instruções do fabricante fornecido com o equipamento e é essencial para garantir o funcionamento e a segurança destes dispositivos.

Assim, o Infarmed recomenda o seguinte:

- Os manuais de instruções disponibilizados em conjunto com este tipo de equipamentos têm de conter informação relativa ao seu funcionamento e manutenção.
- Os utilizadores devem ser avisados para, em caso de problemas ou qualquer outra dificuldade com o equipamento, contactarem o seu prestador de cuidados de saúde e a empresa fornecedora do equipamento.
- Todos os incidentes ocorridos com este tipo de equipamentos devem ser notificados ao Infarmed.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Diretivo