

Circular Informativa

N.º 079/CD/550.20.001

Data: 17/05/2016

Assunto: **Dispositivo *Goodnight Bunion***

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente cipriota decidiu retirar do mercado os dispositivos médicos ***Goodnight Bunion***, destinados à correção de joanetes, dado estes não apresentarem a seguinte informação:

- marcação CE,
- nome e morada do fabricante,
- nome e morada do mandatário.

Em Portugal não foi verificada a existência de registo da comercialização dos dispositivos ***Goodnight Bunion*** mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que os referidos dispositivos não sejam adquiridos nem utilizados.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo