

INFARMED

Circular Informativa

N.º 109/CA
Data: 04/10/2006

Assunto: Recolha das compressas de gaze hidrófila não estéreis, marca Luteme, 10x10 cm, 8 camadas, 17 fios lotes n.ºs 060529, 031575, 060838, 060711 e das compressas de gaze hidrófila não estéreis, marca Luteme, 7,5x7,5cm, 8 camadas, 17 fios, lote n.º 060445


Para: Divulgação Geral

Contacto no INFARMED: Departamento de Dispositivos Médicos
(Tel: 217987235; Fax: 217987281; *E-mail*: daps@infarmed.pt)

Muito Urgente

Comunica-se que por deliberação do Conselho de Administração do INFARMED, foi ordenada a recolha **de todas as embalagens das compressas de gaze hidrófila não estéreis, marca Luteme, 10x10 cm, 8 camadas, 17 fios lotes n.ºs 060529, 031575, 060838, 060711 e das compressas de gaze hidrófila não estéreis, marca Luteme, 7,5x7,5cm, 8 camadas, 17 fios, lote n.º 060445** cujo fabricante é a sociedade Luteme – Fábrica de Pensos Cirúrgicos, S.A. na sequência de ter sido detectado, através de análises realizadas pelo laboratório do INFARMED, uma elevada carga microbiana que indicia risco para a saúde pública.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



(Dr.ª Luisa carvalho)