

N.º 142/CA

Data: 29/12/2006

**Assunto: Falsificação de alguns lotes de Preservativos Durex fetherlite, Durex performa e Durex gossamer**

Para: Divulgação geral

Contacto no INFARMED: Departamento de Dispositivos Médicos  
(Tel: 217987235; Fax: 217987281; email: daps@infarmed.pt)

---

O INFARMED teve conhecimento através da Autoridade Competente Inglesa (MHRA) que tinham sido colocados no mercado inglês, os seguintes dispositivos médicos contrafeitos:

- Preservativos Durex fetherlite (3 unidades)  
Lote: 21405074
- Preservativos Durex performa (3 unidades)  
Lote: TGL4142
- Preservativos Durex gossamer (3 unidades)  
Lote: 21405074

O fabricante dos preservativos Durex (SSL International) informou que os lotes originais dos preservativos Durex fetherlite e Durex performa com os códigos de lote acima referidos provavelmente já não se encontram nos circuitos de comercialização. Não existe lote original dos preservativos Durex gossamer (3 unidades) com o número 21405074.

O INFARMED contactou com os distribuidores responsáveis pela distribuição em Portugal dos preservativos Durex, tendo sido informado que os preservativos acima referidos não foram por eles distribuídos no nosso país.

No entanto, dado que existe livre circulação de dispositivos médicos no Espaço Económico Europeu, os referidos preservativos poderão ter sido importados por vias paralelas, e encontrarem-se ilegalmente colocados no nosso mercado, pelo que o INFARMED recomenda o seguinte, no caso de ter comprado os preservativos Durex fetherlite (3 unidades), Durex performa (3 unidades) e Durex gossamer (3 unidades):

- confirme o nº de lote;
- no caso do nº de lote ser algum dos anteriormente mencionados não o venda / não o utilize, devolva-o ao fornecedor e informe o INFARMED.

### **O Conselho de Administração**



(Luísa Carvalho)