

N.º 124/CA

Data: 10/11/2006

Assunto: Falsificação de um lote de Preservativos Durex Extra Safe (3 unidades)

Para: Divulgação geral

Contacto no INFARMED: Departamento de Dispositivos Médicos
(Tel: 217987235; Fax: 217987281; email: daps@infarmed.pt)

O INFARMED teve conhecimento através de informação divulgada na página da Autoridade Competente Inglesa (MHRA) que tinha sido colocado no mercado inglês, o seguinte dispositivo médico contrafeito:

- Preservativos Durex Extra Safe (3 unidades)

lote: 20604354

validade: 2009/07

O fabricante dos preservativos Durex (SSL International) informou que o lote original tinha sido vendido em Maio de 2005, pelo que qualquer embalagem que ainda esteja em circulação com o número de lote 20604354 é provavelmente contrafeita, pelo que deve ser recolhida do mercado.


O INFARMED contactou com os importadores dos preservativos Durex que são responsáveis pela distribuição em Portugal, tendo sido informado que os preservativos acima referidos não foram por eles distribuídos no nosso país.

No entanto, dado que existe livre circulação de dispositivos médicos no Espaço Económico Europeu, os referidos preservativos poderão ter sido importados por vias paralelas, e encontrarem-se ilegalmente colocados no nosso mercado, pelo que o

INFARMED recomenda o seguinte, no caso de ter comprado os preservativos Durex Extra Safe (3 unidades):

- confirme o nº de lote;
- no caso do nº de lote ser 20604354 não o venda / não o utilize, devolva-o ao fornecedor e informe o INFARMED.

O Conselho de Administração



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho de Administração