

N.º 015/CA
Data: 03-02-2006

Assunto: **Recolha dos dispositivos médicos - luvas cirúrgicas e luvas de exame de marca Soft®**


Para: Divulgação Geral

Contacto no INFARMED: Dr.ª Fernanda Ralha

Muito Urgente

Comunica-se que por decisão do Conselho de Administração do INFARMED, foram mandadas recolher todas as embalagens dos dispositivos médicos - **luvas cirúrgicas e luvas de exame de marca Soft®**, cujo distribuidor é a firma **Normax Fábrica de Vidros Científicos L.da**, na sequência de ter sido detectado que estes apresentam o Certificado CE de Conformidade falsificado, com o n.ºG2S 03 01 48261 002, do organismo notificado **TÜV Product Service GmbH - TPS**.

O Conselho de Administração,



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo