

N.º 065/CA

Data: 30/05/2006

**Assunto: Suspensão do Certificado CE de Conformidade para o dispositivo Uni-Check Blood Glucose Test Strips.**

Para: Divulgação Geral

Contacto no INFARMED: Departamento de Dispositivos Médicos  
(Tel: 217987235; Fax: 217987281; email: daps@infarmed.pt)

---

O dispositivo Uni-Check Blood Glucose Test Strips consiste em tiras que se destinam à determinação da glicemia por autodiagnóstico.

O INFARMED foi informado através da Autoridade Competente Irlandesa da suspensão do Certificado CE de Conformidade para o dispositivo Uni-Check Blood Glucose Test Strips do fabricante Diagnostic Solutions.

Dada a suspensão do Certificado CE de Conformidade do dispositivo Uni-Check Blood Glucose Test Strips do fabricante Diagnostic Solutions, este dispositivo não poderá ser colocado no mercado, até ser restabelecida a sua conformidade.

Até à data o INFARMED não possui informação sobre distribuidores que comercializem estas tiras de glicemia no mercado português.

No entanto, caso seja detectado no mercado português este dispositivo, Uni-Check Blood Glucose Test Strips do fabricante Diagnostic Solutions, deverá contactar-nos antes de o comercializar ou utilizar.

**O Conselho de Administração**

  
(Luísa Carvalho)