

N.º 145/CD

Data: 2007/08/20

Assunto: **Certificado CE de Conformidade falsificado**

Para: Divulgação geral

Contacto no INFARMED: Departamento de Dispositivos Médicos

(Tel: 217987235; Fax: 217987281; email: daps@infarmed.pt)

O INFARMED foi informado pela sua congénere Autoridade Competente Italiana de que o fabricante seguidamente mencionado apresentou um Certificado CE de Conformidade falsificado, emitido em nome do Organismo Notificado Alemão MDC – Medical Device Certification GmbH (código 0483):


Fabricante	Dispositivos médicos	Certificado Falsificado
USA Dental Diamonds S.r.l. Via Virgílio 8 Lecco 23900 Itália	Pontas diamantadas para uso odontológico <i>Dental diamond burs (FG)</i>	5010.03.01/1

Até à data, o INFARMED não possui informação sobre distribuidores que comercializem os dispositivos médicos referidos no mercado português.

Perante o exposto, caso estes produtos sejam detectados no nosso mercado, dever-se-á:

- Contactar com o INFARMED,
- Não utilizar os produtos em questão, dado que poderão ostentar uma marcação CE indevida, estando em causa a sua avaliação quanto à segurança e qualidade.

O Conselho Directivo


Luisa Carvalho
Vice-Presidente do
Conselho Directivo