

N.º 056/CD
Data: 11/03/2008

Assunto: Retirada de Certificado de Dispositivos Médicos do Fabricante Ömer Cihangir Disçi-Baskan Dis Deposuinsaat Medikal Dis Sanayi Ticaret

Para: Divulgação Geral

Contacto no INFARMED: Departamento de Dispositivos Médicos
(Tel: 217987235; Fax: 217987281; email: daps@infarmed.pt)

O INFARMED, I.P. teve conhecimento, através de informação disponibilizada pela Autoridade Competente da Áustria, da retirada do Certificado, a 03 de Março de 2008, atribuído pelo Organismo Notificado TÜV Áustria (0480) aos seguintes dispositivos médicos, colocados no mercado pelo fabricante Ömer Cihangir Disçi-Baskan Dis Deposuinsaat Medikal Dis Sanayi Ticaret:

- Mydent – Teeth, dental protheses (Dentes e próteses dentárias)

Segundo a informação cedida pela Autoridade Competente, o fabricante terá deixado de manter contacto com o ON, não informando da mudança de local de fabrico ou do seu endereço o que não permite o exercício de actividades de supervisão do mercado.

Neste sentido, os dispositivos mencionados, com data de fabrico posterior a 03 de Março de 2008, não poderão ser colocados no mercado, até ser restabelecida a conformidade do processo de avaliação da conformidade com os requisitos essenciais estabelecidos na Directiva 93/42/CEE que lhes são aplicáveis.

Até à data, o INFARMED, I.P. não possui informação sobre distribuidores que comercializem estes dispositivos médicos no mercado português.

Perante o exposto, caso estes produtos sejam detectados no nosso mercado, deverá:

- Contactar com o INFARMED, I.P.,

- Não utilizar os produtos em questão, dado que ostentam uma marcação CE indevida, estando em causa a sua avaliação quanto à sua segurança, qualidade e desempenho.

O Conselho Directivo



Luísa Carvalho
Vice-Presidente do
Conselho Directivo