

N.º 064/CD  
Data: 07-04-2010

Assunto: **Recolha do dispositivo médico (classe I) “Soro Fisiológico – Alifar”, solução para lavagem das fossas nasais, com o lote n.º SF94430, validade 2012/10**


Para: Divulgação geral

Contacto no INFARMED: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento - 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

Comunica-se que por deliberação do Conselho Directivo da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde – INFARMED, I.P., foi ordenada a recolha do mercado e a suspensão de comercialização de todas as embalagens do dispositivo médico (classe I) “Soro Fisiológico – Alifar”, solução para lavagem das fossas nasais, com o lote n.º SF94430, validade 2012/10, cujo fabricante é sociedade Aliand– Laboratório de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Lda., na sequência de ter sido detectado, através de análises realizadas pelo Laboratório de Comprovação da Qualidade do INFARMED, I.P., resultados fora das especificações, nomeadamente a existência de partículas visíveis com contaminação microbiana.

Adverte-se os profissionais e os consumidores, que tenham adquirido ou estejam a utilizar este produto, para se absterem da sua utilização.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo