

N.º 169/CD  
Data: 2010/10/21

Assunto: **Dispositivo "Digital Medicin FQ 1.3" do fabricante Matrix Innovation**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

Foi detectado, no mercado sueco, o dispositivo **Digital Medicin FQ 1.3** do fabricante Matrix Innovation (Suécia), disponibilizado através da internet, ostentando marcação CE indevida.

De acordo com o fabricante, este dispositivo actua através da emissão de radiação (biorressonância), prevenindo e/ou aliviando problemas relacionados com o stress, influências ambientais, alimentação pouco saudável, redução da dor, entre outros.


O fabricante não possui dados clínicos que suportem a finalidade médica reivindicada, não demonstrando conformidade com os requisitos essenciais, pelo que a autoridade competente sueca proibiu a sua colocação no mercado.

Face ao exposto, o Infarmed informa que:

- Até à data, não existe registo da comercialização deste produto no mercado português.
- Existindo a possibilidade do dispositivo estar a ser comercializado através da internet e atendendo ao facto de poder haver livre circulação de bens e produtos no espaço económico europeu, os consumidores não devem adquirir e/ou utilizar o **Digital Medicin FQ 1.3** uma vez que não se pode assegurar a segurança, qualidade e desempenho deste produto.

Caso detecte a comercialização destes dispositivos, deverá informar a Direcção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo