

N.º 207/CD  
Data: 03/12/2010

Assunto: **Recolha voluntária de seringas da marca Cardiopic**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt)

O mandatário europeu indicado pelo fabricante – Changzhou Tongda – para as **seringas da marca Cardiopic**, não assume as responsabilidades legais inerentes à figura de um mandatário, nomeadamente, agir e responder perante as autoridades e instâncias da União Europeia em nome do fabricante.

Assim, não há garantias que as **seringas da marca Cardiopic** cumpram o disposto na legislação que regula os dispositivos médicos.


Em Portugal, as **seringas da marca Cardiopic** são distribuídas pela empresa PMH – Produtos Médico Hospitalares, SA, que suspendeu imediatamente a sua comercialização e está a proceder à recolha voluntária destes produtos.

Face ao exposto, o Infarmed ordena a suspensão imediata da comercialização destes dispositivos.

Atendendo ao facto de existir livre circulação de bens e produtos no espaço económico europeu, os profissionais de saúde não devem adquirir e/ou utilizar as **seringas da marca Cardiopic** uma vez que não se pode assegurar a segurança, qualidade e desempenho deste produto.

Caso a comercialização deste produto seja detectada, deverá ser informada a Direcção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Directivo



Heider Mota Filipe  
Vice-Presidente do  
Conselho Directivo