

N.º 198/CD
Data: 30/09/2011

Assunto: **Retirada do Certificado CE de conformidade de dispositivos médicos do fabricante Tianjin YMIR Medical Instrument Co., Ltd.**

Para: Profissionais de saúde

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt


O Certificado CE de conformidade emitido para os **torniquetes vasculares descartáveis (torniquetes femurais e torniquetes rádio-artéria descartáveis)**, do fabricante **Tianjin YMIR Medical Instrument Co., Ltd.**, com a referência 0123/G2S.07.07.63032.002, foi retirado pelo Organismo Notificado TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifierung Medizinprodukte (0123), devido a impossibilidade de contacto com o fabricante.

Face ao exposto, não foi possível verificar se os dispositivos médicos em causa cumprem com os requisitos legais aplicáveis.

Assim, e apesar de não haver registo da comercialização de dispositivos médicos deste fabricante no mercado nacional, o Infarmed recomenda que:

- Caso sejam encontrados os referidos dispositivos médicos no nosso mercado fabricados pela entidade mencionada, com data de fabrico posterior a 15 de Setembro de 2011, marcação CE associada ao código 0123 e Certificado CE anteriormente mencionado, as entidades e os profissionais de saúde informem a Direcção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.
- Estes dispositivos médicos não sejam utilizados, uma vez que ostentam uma marcação CE indevida, pondo em causa a sua segurança, qualidade e desempenho.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo