

N.º 166/CD
Data: 25/08/2011

Assunto: **Suturas cirúrgicas do fabricante Assut Medical Sàrl (Suíça)**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt

As suturas cirúrgicas **Assut sutures AssuCryl** (sutura cirúrgica de ácido poliglicólico) e **Assut sutures Silk** (sutura cirúrgica de seda) do fabricante **Assut Medical Sàrl (Suíça)** constantes da tabela foram roubadas das instalações do local de fabrico, na Colômbia.

Estes dispositivos médicos representam risco de infecção, uma vez que, apesar de ostentarem marcação CE0499 e a informação "Estéril EO" na rotulagem, foram furtados antes de serem esterilizados.

Nome do Dispositivo	Referência	Agulha	Fio	N.º do Lote
AssuCryl	4554	TS-19	75 cm	107086
Silk	602	HR-13	75 cm	107083
Silk	602	HR-13	75 cm	107215
Silk	605	HR-17	75 cm	107119
Silk	654	TS-27	75 cm	107137
Silk	656	TS-30	75 cm	107117
Silk	653	TS-27	75 cm	107138
Silk	658	TS-28	75 cm	107118

Este alerta foi transmitido pela Autoridade Competente Suíça e o sucedido foi comunicado pelo Fabricante a todos os seus clientes.

Em Portugal, não existe registo da comercialização destes dispositivos, mas atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda a todos os profissionais de saúde que:

- Caso identifiquem algum dos dispositivos com a referência/lote constantes da tabela **não os utilizem, procedam de imediato à sua segregação e comuniquem ao Infarmed** através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Directivo



Miguel Vigeant Gomes
Vice - Presidente do
Conselho Directivo