

N.º 240/CD
Data: 21/11/2011

Assunto: **Contrafacção de pinças para cordão umbilical do fabricante Changshu Taining Medical Equipment Co. Ltd.**

Para: Divulgação geral

Contacto no Infarmed: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Linha do Medicamento: 800 222 444; Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt


Foi detectada, no Reino Unido, a comercialização de **pinças para cordão umbilical** contrafeitas do fabricante **Changshu Taining Medical Equipment Co. Ltd.** (China) e mandatário **Wellkang Ltd t/a Welkang Tech Consulting** (Reino Unido), ostentando marcação CE 0434 e identificadas com o número de **lote 20101230**.

O fabricante informou a Autoridade Competente inglesa que o lote com o nº 20101230 nunca foi libertado, pelo que se concluiu tratarem-se de produtos contrafeitos.

Em Portugal não existe registo da comercialização destes dispositivos no mercado nacional mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que:

- As pinças para cordão umbilical do fabricante Changshu Taining Medical Equipment Co. Ltd. (China) e mandatário Wellkang Ltd t/a Welkang Tech Consulting (Reino Unido) ostentando marcação CE 0434, identificadas com o número de **lote 20101230** não sejam utilizadas, uma vez que não cumprem os requisitos legais estabelecidos na legislação, o que põe em causa a sua segurança, qualidade e desempenho;
- Caso seja detectada a existência do referido dispositivo em Portugal, este facto seja reportado à Direcção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Directivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Directivo



Ministério da Saúde