

Circular Informativa

N.º 192/CD/8.1.7.

Data: 17/08/2012

Assunto: **Recolha voluntária de lotes do dispositivo médico compressas esterilizadas da marca ADA do fabricante Albino Dias de Andrade, Lda.**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444


Na sequência da deteção de resultados fora das especificações técnicas relativas ao "número de fios ou malhas por unidade de comprimento" e "resistência à rotura e alongamento (método da tira)", a empresa Albino Dias de Andrade, Lda. está a proceder à recolha voluntária dos lotes **446010ES, 576111ES, 564111ES, 634711ES, 585611ES, 566911ES, 592211ES** e **560311ES** do dispositivo médico **compressas esterilizadas da marca ADA**.

Assim, o Infarmed ordena a suspensão imediata da comercialização e retirada do mercado de todas as embalagens dos lotes referidos.

Face ao exposto, o Infarmed informa:

- Esta recolha está relacionada com o desempenho das compressas, não pondo em causa a sua segurança;
- As entidades que possuam embalagens destes lotes em stock não as podem vender, dispensar ou utilizar, devendo proceder à sua devolução;
- Para obtenção de informações adicionais, devem contactar a empresa Albino Dias de Andrade, Lda.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo



Ministério da Saúde