

Circular Informativa

N.º 222/CD/8.1.7.

Data: 01/10/2013

Assunto: **Certificado CE falso - Termómetros digitais e Termómetros sem mercúrio do Fabricante Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373 Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444


O fabricante **Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.** (China) estava a utilizar um Certificado CE falso, com menção ao Organismo Notificado TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197) e com a referência 0197/DD 60032032 0001_gefaelscht (data de emissão - 19/09/2010 e data de termo - 19/08/2015) relativo aos dispositivos **Termómetros digitais e Termómetros sem mercúrio**.

Face ao exposto, estes produtos poderão não cumprir os requisitos legais aplicáveis aos dispositivos médicos.

Em Portugal, não existe registo da comercialização destes dispositivos mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que:

- Os dispositivos **Termómetros digitais e Termómetros sem mercúrio** do fabricante **Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd.** não sejam utilizados, uma vez que não foram alvo de avaliação de conformidade e ostentam marcação CE 0197 falsa, o que põe em causa a sua segurança, qualidade e desempenho;
- Caso seja detetada a existência dos referidos dispositivos em Portugal, este facto seja reportado à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo