

Circular Informativa

N.º 272/CD/8.1.7.

Data: 03/12/2013

Assunto: **Medidores de Glicemia com função de voz do fabricante TaiDoc Technology Corporation – Atualização**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 798 7107; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444


Na sequência da informação divulgada na [CI nº 215/CD/8.1.6. de 08/10/2012](#), e após inspeção às instalações do mandatário do fabricante TaiDoc Technology Corporation, a Autoridade Competente Alemã determinou que existia uma aposição indevida da marcação CE nos medidores das marcas Clever Chek / Lisubel Chek Talk.

Como consequência, a empresa cessou a distribuição destes produtos na Europa.

Assim, e apesar de não haver registo da comercialização destes dispositivos no mercado nacional, o Infarmed recomenda que:

- Caso estes dispositivos sejam encontrados no nosso mercado, as entidades e/ou utilizadores não utilizem os referidos dispositivos e informem a Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel: +351 21798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo