

Circular Informativa

N.º 273/CD/8.1.7.

Data: 03/12/2013

Assunto: **Contrafação de Agulhas NovoFine do fabricante Novo Nordisk A/S**

Para: Divulgação geral


Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Na sequência de ter sido detetada, no mercado chinês, a existência de **Agulhas NovoFine (modelo 30G, 8mm)** contrafeitas, do Lote **12B02L**, do fabricante **Novo Nordisk A/S**, o Infarmed informa o seguinte:

- Não existe evidência de comercialização deste dispositivo, com as características supracitadas, no mercado português;
- No entanto, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, solicita-se aos profissionais de saúde que detetem a existência das referidas agulhas contrafeitas, que não as utilizem e informem a Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

Conforme habitual, o Infarmed continuará a acompanhar e a divulgar todas as informações pertinentes relativas a esta matéria.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente do
Conselho Diretivo

