

Circular Informativa

N.º 022/CD/8.1.7.

Data: 06/02/2015

Assunto: **Termómetros de mercúrio**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444


A autoridade competente polaca detetou, no seu mercado, a existência de **termómetros de mercúrio** dos fabricantes **Ningbo Huahui Medical Instruments Co. Ltd** (China), **Yancheng Diling Medical Instruments Co., Ltd** (China), **bioTAP S.L.** (Espanha) e **Ningbo Huaping Instruments Co. Ltd.** (China), tendo decidido retirá-los do mercado e de serviço.

De acordo com a legislação europeia em vigor, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 76/2008, de 28 de abril, não é permitida a colocação no mercado de termómetros para medição da temperatura corporal contendo mercúrio.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de termómetros de mercúrio destes fabricantes mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que:

- Os dispositivos acima mencionados não sejam adquiridos, independentemente de terem aposta marcação CE.
- A existência destes dispositivos em Portugal seja reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vice-Presidente
do Conselho Diretivo