

Circular Informativa

N.º 009/CD/550.20.001

Data: 01/02/2016

Assunto: **Dispositivo Singfiller do fabricante Singclean Medical Products Co., Ltd.**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A alfândega dos Países Baixos apreendeu uma embalagem de **Singfiller** (seringas contendo gel de hialuronato de sódio a 1 mg/ml), do fabricante **Singclean Medical Products Co., Ltd.** (China), com o mandatário Orthopharma Europe Ltd..


O produto Singfiller apresenta aposta marcação CE com o código de organismo notificado 1023, correspondente à entidade Institut Pro Testování A Certifikaci, a. s., da República Checa. A autoridade competente deste país contactou o organismo notificado, tendo este informado que a marcação CE 1023 era indevida.

O produto em apreço é provavelmente utilizado como preenchimento facial injetável.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização do produto **Singfiller** do fabricante **Singclean Medical Products Co., Ltd.**, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu e que este produto pode ser comprado através da *internet*, o Infarmed recomenda que o dispositivo em apreço não seja adquirido nem utilizado.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo



Helder Mota Filipe
Vogal
do Conselho Diretivo