

## Circular Informativa

N.º 012/CD/550.20.001

Data: 04/02/2016

Assunto: **Dispositivos do fabricante Bioscience GmbH**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente alemã proibiu a colocação no mercado dos dispositivos do fabricante **Bioscience GmbH** abaixo listados, dado terem sido identificadas não conformidades nas respetivas avaliações de conformidade.

Classe I estéril	Classe IIb	Classe III
Ephyal	SMS Solution	CRM Gel
		CRM Dur
		CRM DX
		Genefill Soft Fill
		Genefill Soft Touch
		Genefill Contour
		Genefill Ultra
		Genefill DX
		Hyacorp Lips
		Hyacorp Face
		Hyacorp H-S
		Hyacorp H 1000
		Hyacorp MFL 1
		Hyacorp MLF 2

Em Portugal não foram identificados registos ativos da comercialização dos produtos listados mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que os dispositivos em apreço não sejam adquiridos nem utilizados.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo

  
**Helder Mota Filipe**  
Vogal  
do Conselho Diretivo