

Circular Informativa

N.º 066/CD/550.20.001

Data: 19/04/2016

Assunto: **Kit de primeiros socorros "Tussi in not" do fabricante Trend Import GmbH**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

Foi identificado no mercado alemão que o **kit de primeiros socorros "Tussi in not"**, do fabricante **Trend Import GmbH**, não se encontra em conformidade com o estabelecido na legislação aplicável. Nomeadamente, o *kit* apresenta componentes estéreis para os quais a marcação CE 0197 aposta é falsa, não é identificado o fabricante e não há evidência de efetiva esterilização por óxido de etileno.

Face ao exposto, um possível risco para a saúde não pode ser excluído, sendo que a autoridade competente alemã iniciou um processo de recolha do **kit de primeiros socorros "Tussi in not"**, do fabricante **Trend Import GmbH**.

Em Portugal, não foi verificada a existência de registo da comercialização de dispositivos do fabricante **Trend Import GmbH**, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu e que este produto pode ser adquirido através da *internet*, o Infarmed recomenda que o referido *kit* não seja adquirido nem utilizado.

A existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo