

## Circular Informativa

---

N.º 072/CD/550.20.001.

Data: 26/04/2016

Assunto: **Recolha voluntária de lote do cateter venoso periférico Venicath Safe**

Para: Profissionais de saúde

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

A empresa **Pergut Portugal – Comércio de Produtos Hospitalares e Médicos Lda.**, distribuidor em território nacional, irá proceder à recolha voluntária do **lote VSC1140214**, com a **referência PSC18L45-PSC20L32**, do dispositivo médico **cateter venoso periférico Venicath Safe**, do fabricante **Rays SpA**.

Esta recolha voluntária foi motivada por várias reclamações/incidentes recebidas na sequência de dificuldades na utilização deste dispositivo médico, bem como a necessidade de puncionar várias vezes o mesmo doente.

Apesar de, à data, ainda estar a decorrer o processo de investigação das causas relativamente às notificações recebidas, considerando que se trata de um dispositivo médico de elevado consumo, os problemas verificados causam um elevado impacto na prestação de cuidados de saúde.

Assim, o Infarmed determina a suspensão imediata da comercialização e retirada do mercado das embalagens do dispositivo **cateter venoso periférico Venicath Safe**, do fabricante **Rays SpA**, do **lote VSC1140214**, com a **referência PSC18L45-PSC20L32**.

O Conselho Diretivo