

Circular Informativa

N.º 111/CD/550.20.001

Data: 26/07/2016

Assunto: **Instrumentos e equipamentos dentários do fabricante Biotherm Henan Medical Devices Co**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente do Reino Unido identificou, numa conferência a decorrer no seu país, a venda de **instrumentos e equipamentos dentários** do fabricante **Biotherm Henan Medical Devices Co** que não ostentam marcação CE.

Os dispositivos em apreço foram retidos.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de dispositivos médicos do fabricante **Biotherm Henan Medical Devices Co**, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que os dispositivos em apreço não sejam adquiridos nem utilizados.

A existência destes dispositivos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo