

Circular Informativa

N.º 119/CD/550.20.001

Data: 17/08/2016

Assunto: **Perfurador de biópsia do fabricante Robbins Instruments**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: cimi@infarmed.pt; Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente belga detetou no seu mercado o dispositivo médico **perfurador de biópsia descartável**, do fabricante **Robbins Instruments**, com embalagem não conforme (imagem em anexo), por não possuir:

- marcação CE indelével,
- informação acerca do mandatário,
- indicação do organismo notificado.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de dispositivos médicos do fabricante **Robbins Instruments** mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que o dispositivo em apreço não seja adquirido nem utilizado.

A existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: daps@infarmed.pt.

O Conselho Diretivo

Anexo

