

## Circular Informativa

---

N.º 120/CD/550.20.001

Data: 17/08/2016

Assunto: **Eletroestimulador TENS-310 do fabricante MeasuPro**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

A autoridade competente do Reino Unido detetou a existência no mercado do dispositivo médico electroestimulador **MeasuPro Electronic Tens Unit Pulse Massager Model No. TENS-310** do fabricante **MeasuPro**, o qual apresenta aposta marcação CE associada ao organismo notificado SGS United Kingdom Limited (0120) falsa.

Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização de dispositivos médicos do fabricante **MeasuPro** mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu e que o dispositivo supramencionado pode ser adquirido através da *internet*, o Infarmed recomenda que o dispositivo em apreço não seja adquirido nem utilizado.

A existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo