

## Circular Informativa

N.º 140/CD/550.20.001

Data: 03/11/2017

Assunto: **Pensos Casatrend**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

A autoridade competente lituana identificou no seu mercado os dispositivos médicos **pensos Casatrend**, os quais não cumprem a legislação aplicável aos dispositivos médicos, nomeadamente por não possuírem identificação do fabricante, nem a sua morada.

Adicionalmente, a marcação CE está acompanhada do código de organismo notificado 0197. Contudo, os dispositivos médicos deste tipo não carecem de avaliação de conformidade por uma entidade terceira.



Em Portugal, não foram identificados registos da comercialização deste dispositivo, mas atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que este produto não seja adquirido nem utilizado.

A existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo