

## Circular Informativa

---

N.º 125/CD/550.20.001

Data: 27/08/2018

Assunto: **Dispositivo médico falsificado - adbone®TCP crunch**

Para: Divulgação geral

Contacto: Centro de Informação do Medicamento e dos Produtos de Saúde (CIMI); Tel. 21 798 7373; Fax: 21 111 7552; E-mail: [cimi@infarmed.pt](mailto:cimi@infarmed.pt); Linha do Medicamento: 800 222 444

---

O fabricante nacional **Medbone – Medical Devices Lda** informou o Infarmed da identificação, no mercado turco, de um dispositivo médico falsificado, fazendo-se passar por um seu.

O dispositivo identificado como falsificado apresenta a designação **adbone®TCP crunch: 4 – 7 mm**, o número de lote **02717** e a referência **TCP111120C**.

Apesar de o fabricante **Medbone – Medical Devices Lda** fabricar o dispositivo médico **adbone®TCP crunch**, não fabricou qualquer lote deste dispositivo com o número acima identificado. O lote 02717 foi atribuído pelo fabricante ao dispositivo adbone®TCP block: 4x4x20 mm (ver anexo).

O dispositivo **adbone®TCP crunch** não é comercializado em Portugal, mas, atendendo a que existe livre circulação de produtos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que o mesmo não seja adquirido nem utilizado.

A existência deste dispositivo em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed através dos contactos: tel.: +351 21 798 72 35; fax: +351 21 798 72 81; e-mail: [daps@infarmed.pt](mailto:daps@infarmed.pt).

O Conselho Diretivo

Anexo

Dispositivo falsificado com o número de lote 02717 (imagens 1 e 3)

Dispositivo genuíno com o número de lote 02717 (imagens 2 e 4)

